

## 1 GELTUNGSBEREICH UND ZWECK

Diese Hygienerichtlinie beschreibt die hygienische Vorgangweise bei Sauerstoffgabe mit Befeuchtung.

## 2 MITGELTENDE DOKUMENTE

- Hygienerichtlinien des klinischen Instituts für Krankenhaushygiene AKH Wien (<http://www.meduniwien.ac.at/krankenhaushygiene>)
- abteilungsspezifische Dokumente
- Herstellerangaben

## 3 VERWENDETE ABKÜRZUNGEN

AKH	Allgemeines Krankenhaus
IL	Institutsleiter/In
evt.	eventuell
HFK	Hygienefachkraft
KHH	Klinisches Institut für Krankenhaushygiene
O <sub>2</sub>	Sauerstoff
QB	Qualitätsbeauftragte/r
RL	Richtlinie

	Funktion	Name	Datum	Unterschrift
Erstellt	HFK	Foit	30.08.2012	e. h.
Geprüft	QB	Blacky	05.09.2012	e. h.
Freigegeben	IL	Presterl	05.09.2012	e. h.

## 4 TÄTIGKEITSBESCHREIBUNG

### 4.1 Allgemeine Hinweise

Zur Befeuchtung der Atemgase darf nur steriles Wasser eingesetzt werden (**Sterilwasser-Einmalgebilde**).

Vor jeder Sauerstoffgabe ist darauf zu achten, dass die Atemwege frei sind (evt. Nase putzen lassen oder absaugen).

Bei Kontakt mit Schleimhäuten, respiratorischem Sekret oder Gegenständen, die damit in Berührung kommen, sind ausnahmslos Einmalhandschuhe zu tragen.

Händehygiene beachten!

Hygienische Händedesinfektion vor und nach jedem Kontakt mit Beatmungszubehör, mit Schleimhäuten oder mit respiratorischem Sekret.

### 4.2 Umgang mit Sterilwasser-Einmalgebilden in Patientenzimmern

- **Pro Patient** wird eine neue Garnitur – bestehend aus O<sub>2</sub>-Brille/O<sub>2</sub>-Maske, Schlauch und Wasserbehälter – verwendet
- Der Wasserbehälter kann bis zu einer Woche **am selben** Patienten verwendet werden
- Behältnis mit Anbruch-Datum versehen
- Die Verwendung von kleinen Gebinden ist zu empfehlen
- Der zum Patienten führende Sauerstoffschlauch mit der O<sub>2</sub>-Brille oder O<sub>2</sub>-Maske ist mind. 2x wöchentlich zu wechseln
- Bei sichtbarer Kontamination ist ein sofortiger Wechsel notwendig
- Bei intermittierender O<sub>2</sub>-Gabe sind O<sub>2</sub>-Brille/O<sub>2</sub>-Maske so zu lagern, dass es zu keiner Kontamination der Umgebung kommt.

### 4.3 Umgang mit Sterilwasser-Einmalgebilden in Aufwachräumen, Ambulanzen, Untersuchungs- und Behandlungsräumen

- Der zum Patienten führende Sauerstoffschlauch mit der O<sub>2</sub>-Brille oder O<sub>2</sub>-Maske ist **nach jedem Patienten** zu wechseln
- Der Sterilwasser-Behälter kann bis zu einer Woche verwendet werden
- Behältnis mit Anbruch-Datum versehen
- Die Verwendung von kleinen Gebinden ist zu empfehlen
- Bei kurzzeitiger Sauerstoffgabe kann auf eine Befeuchtung verzichtet werden!

## 5 ÄNDERUNGEN

Datum	Version	Änderung
01.10.2008	01	Erstellung, erste Freigabe
30.08.2012	02	Änderung Layout, komplette Überarbeitung der Hygienerichtlinie